



Fiabilité & Recherche

S.A.R.L. COVAM

Tél. /Fax : +213 (034) 20 51 05 - (034) 20 76 22 / 23

FAX : +213 (034) 21 97 70

Email : covbej@yahoo.fr

SARL au capital de 20 000 000. 00 DA

NIF : 0 99 80 60 18 23 95 07

NIS : 0 99 80 60 10 79 77 11

Art. IMP. N° : 0 60 14 50 87 51

N° RC : 9 8 / B / 01 8 2 3 9 5

Agrément du Ministère de la Santé N° 1 4 5 / 2 0 0 6

Conseils et Vente

Médical - Labo

AUTOMATE DE BIOCHIMIE

MARQUE : AMS

TYPE : LIASYS

ORIGINE : ITALIE



2 supports refroidis pour les cellules Peltier sont fournis pour contenir jusqu'à 20 réactifs
2 supports pour 13 postes de réactifs à la température ambiante, 14 standards et contrôles
Plus de 2 positions pour les diluants.

Echantillons de chargement: 5 supports pour un chargement continu d'échantillons divisés en:

- 64 postes pour des échantillons de routine

- 14 postes pour les échantillons de statut

Echantillons de traitement de statut: admis à tout moment

Rendement: jusqu'à 200 test / heure sans ISE)

Température de fonctionnement: 37 ° C

Température d'incubation : 37° C

Système de lecture directe de la photométrie

Volume minimal de réaction: 300 ml

Siège Social : Boulevard Krim Belkacem promotion Lalaoui Mahmoud Bt BN°4 Quartier Seghir Bejaia -Algérie
Compte BDL N° : 00500 152 400 220143 095 Cité Tobal Bejaia – Compte CCP de la banque BDL 390 146 clé 49